

Технический эндоскоп AVT TP H1L-25-30MR-PR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Эндоскоп технический для проверки трубопроводов , воздухопроводов и других труднодоступных мест.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не допускайте применения эндоскопа для обследования людей или животных

Не допускайте применения эндоскопа для обследования оборудования, находящегося под напряжением

Не допускайте применения эндоскопа в работающих машинах или механизмах

Не допускайте крутых (по радиусу менее 20 мм) перегибов рабочей части эндоскопа

Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому осветителем или головкой рабочей части эндоскопа!

Не прикасайтесь к осветителю мокрыми руками!

Тщательно защищайте осветитель от попадания воды и брызг!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эндоскоп состоит из камеры со специальным стойким к царапинам стеклом, световолоконного кабеля длиной 30м на специальной катушке , монитора со встроенным видеорегистратором для записи, блоком питания и коммутации со встроенным аккумулятором.

Предусмотрена запись фото и видео на встраиваемую карту памяти или на внешний носитель.

Клавиатура для пометок на записи

Для предотвращения повреждения камеры в комплекте предусмотрен специальный защитный ролик. Всё оборудование помещено в кейс из пластика повышенной прочности для переноски и хранения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Водостойкость IP68

Диаметр световода 5мм

Диаметр камеры 25мм

Длина световода 30м

Размер дисплея 7"

Разрешение дисплея 800*480

Разрешение камеры 1080P FullHD

Угол обзора камеры 120 гр

Количество светодиодов подсветки 12

Регулировка освещения есть

Клавиатура есть

Защитные брекеты на камеру 46 и 125 мм

Аккумулятор питания 12в 4400мАч (до 6 часов работы)

Зарядное устройство 12,6 в 1000мА (время заряда 6 часов)

Температура работы от -40 до +60

Температура хранения от -50 до +60

Размеры бокса 520*435*200мм

Вес 11кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества эндоскопа требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации эндоскопа 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать эндоскоп, вышедший из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

Представитель производителя в России

ООО «АВТ» Санкт-Петербург Измайловский пр-т 4 оф 246 тел. (812) 334-7048

www.avttech.ru